

Kiszolgáló, illetve méretvevő helyeink:

* 5600 Békéscsaba, Gyulai út 35.	Tel/fax: 66/441-137
5600 Békéscsaba, Gyulai út 18.	Tel: 66/326-585
5630 Békés, Piac tér 30-as Pávilon	Tel: 66/411-250
5630 Békés, Kőrösi Cs. S. u. 14. Egészségsarok	Tel: 20/468-7609
5700 Gyula, Semmelweis u. 4.	Tel: 66/464-445
5900 Orosháza, Könd u. 59.	Tel: 68/473-273
5540 Szarvas Szabadság út 26.	Tel: 66/210-442
<hr/>	
* 6724 Szeged, Pácsirta u.1.	Tel: 62/543-795, 62/543-796
6724 Szeged, Pácsirta u. 2.	Tel: 62/310-294
6724 Szeged Tisza L. krt. 97.	Tel: 62/310-152
6760 Kistelek, Kossuth u. 19.	Tel: 20/344-2141
6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 6.	Tel: 62/220-591
6900 Makó, Szegedi út 2.	Tel: 62/219-472
6900 Makó, Kálvária u. 1.	Tel: 62/209-127
6640 Csongrád, Gyöngyvirág u. 5.	Tel: 63/471-977
<hr/>	
* 6000 Kecskemét, Szent István Krt 48.	Tel/fax: 76/507-052, 76/507-053
6000 Kecskemét, Nyíri u. 38./c	Tel: 76/326-327
6400 Kiskunhalas, Dr.Monszpart L. u. 1.	Tel: 77/423-212
6050 Lajosmizse, Dózsa Gy. út 104-106.	Tel: 76/455-154
6060 Tiszakécske, Szolnoki út 2.	Tel: 76/440-429
6100 Kiskunfélegyháza, Attila u. 2.	Tel: 76/431-799
<hr/>	
* 5000 Szolnok, József A. u.83.	Tel/fax: 56/513-170
3200 Gyöngyös, Dózsa György út 20-22.	Tel: 20/968-4755


**GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZÖKET
GYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ
PRIMA-PROTETIKA KFT.**

Székhely: 5600 Békéscsaba, Gyulai út 35.

Telefon/fax: 66/441-137 20/938-9750

Telephely: 5600 Békéscsaba, Vandhátai út 1.

Székhely, telephely MSZ EN ISO 9001 szabvány szerint auditálva

Tel.: 66/529-470, Fax: 66/529-480

E-mail: info@prima-protetika.hu

 Internet cím: <http://www.prima-protetika.hu>


VÁSÁRLÓI TÁJÉKOZTATÓ

D-4350
Háromlábú bot markolattal

Amennyiben kérdése merülne fel, vagy segítségre van szüksége keresse munkatársainkat a *-gal jelölt gyártóhelyeken (szervíz, javítás stb.).

Viszonteladók részére nagykereskedelmi lerakatunkban gyógyászati segédeszközök és rehabilitációs termékek forgalmazását végezzük kedvező nagykereskedelmi áron.

Nagykereskedelmi lerakat:

5600 Békéscsaba, Vandhátai út 1.

Tel.: 66/529-479 Fax: 66/529-485

Köszönjük figyelmét, munkájához jó egészséget kívánunk.

PRIMA-PROTETIKA Kft.
„GYORS SEGÍTSÉG A BAJBAN”

A tájékoztatót készítette:

Droppa Éva

Jóváhagyta:

Baranyi Csaba termékismertető/termékfejlesztő

A vásárlói tájékoztató kiadva:

2016. április 10.

Gyártási szám:

Megrendelő neve:

címe:

Megrendelő TAJ száma:

Termék átadásának kelte: 20..... év hó nap

Felíró orvos neve:

Ezen tájékoztatót a kihordási idő végéig őrizze meg, és szükség esetén ezzel együtt keresse fel társaságunkat!

EAN kód címke:

A kockázatokról olvassa el a vásárlói tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!

TISZTELT VÁSÁRLÓNK!

Tisztelettel kérjük, hogy az Ön által átvett eszközzel együtt átadott tájékoztatót szíveskedjen elolvasni és megőrizni, szükség esetén – ezzel együtt – kiszolgáló helyünket felkeresni.

1. Általános leírás

Az Ön által megrendelt eszköz az emberi test anatómiájának figyelembe vételével készült. Orvosi rendelvényre, társadalombiztosítási támogatással a 14/2007. (III.14.) EüM rendelet alapján adható ki.

Elősegíti a bizonytalan vagy járáshibás betegek biztonságérzetét, tehermentesíti a sérült alsó végtagot.

2. Használat

A háromlábú botot markolattal gyógyászati segédeszközként, szakorvosi rendelvényre, az előírt méretbeállításal kell használni. A magasság beállítása, illetve változtatása a szakorvos, vagy szakember tanácsa szerint történjen! Magassága 2,5 centiméterenként állítható, melyet a következőképpen kell elvégezni:

1. Az alsó, mozgatható szíjat rögzítő műanyag csap (klipsz) kiálló fém végét hüvelykujjal megnyomjuk, majd a műanyag részt megfogva kihúzzuk.

2. A mozgatható szíjat szükség szerint tolvá, vagy húzva beállítjuk a megfelelő magasságot. Ügyeljünk arra, hogy a mozgó részen és a befogadó csövön lévő furatok egy vonalba kerüljenek!

3. Megfelelő magasságban a klipszet a furatba helyezzük és hüvelykujjal megnyomva a helyére pattintjuk.

Figyelem! Síkos úton fokozott óvatossággal, kisebb lépéseket téve kell közlekedni. A járóbotra csak akkor szabad terhelést helyezni, ha stabilan áll a talajon.

A botvég gumit, állítócsap műanyag részét elhasználódás esetén ki kell cserélni! *Megvásárolhatók a kiszolgálás helyén.*

Figyelem! Rendeltetés ellenes használatból, túlterhelésből, átalakításból, helytelen kezeléssel eredő károkért a gyártó nem vállal felelősséget, valamint a garancia nem érvényesíthető.

3. Műszaki leírás

A vázszerkezet felső része alumínium, alsó része acél csőből készül. A felső cső végén található a műanyag markolat. A magasság állítása a felső cső alsó végében található állítócső kihúzásával vagy betolásával történhet. Az állítócső helyzetét a felső cső, illetve az állítócső sugárirányú furatába helyezett, a csőre pattintható műanyagfejbe ágyazott acél rögzítőcsap biztosítja. Az állítócső illeszkedését a csővégeken található műanyag vezetőelemek segítik.

A mindhárom támaszcső alsó végén található botvég gumik jó tapadást biztosítanak. A megkopott csúszásgátló botvég gumi cserélhető. Jobbra-balra csavargatva lehúzzuk a csőről a megkopott alkatrészt, és hasonló mozgattással rátoljuk az újat.

Magasság:	755 mm - 955 mm	Szélesség:	260 mm
Hossza:	360 mm	Súlya:	≈1,2 kg (méretfüggő)
Járóbot terhelhetősége:	100 kg		

4. Tisztítás

A szennyezett felületeket háztartási tisztítószerrel kell tisztítani. Mosás után tiszta vízzel öblítsük le és száraz ruhával töröljük át.

5. Minőségtanúsítás

EEKH regisztráció (024) nyilv.tartási szám: HU/CA01/44853/14

EEKH gyártó kódja: HU/11046893-2-04

OEP által támogatott termék.

6. Megfelelőségi nyilatkozat

Termékünk, melyre a megfelelőségi nyilatkozat vonatkozik, teljes mértékben kielégíti az orvostechnikai eszközökről szóló, 4/2009. (III.17.) EüM rendelet 1. mellékletében – I. osztályba sorolt eszközök – rá vonatkozatható alapvető követelmények mindegyikét.

Kedves vásárlónk!

Mi, a PRIMA-PROTETIKA Kft. dolgozói reméljük, hogy mind termékeinkkel, mind kiszolgálásunkkal kivívjuk elégedettségét és megtartjuk Önt vevőink között!

.....